

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 11167/26.06.2018

Aprobat
Manager
Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI „APARAT RADIOLOGIC ROENTGEN MOBIL ANALOGIC ”

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Aparat radiologic roentgen mobil analogic -1 buc”,cod CPV 33111000-1 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

●Denumire contract : „ Aparat radiologic roentgen mobil analogic-1 buc ”,cod CPV 33111000-1.

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai scazut ” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune. Limba de redactare a ofertei va fi limba romana.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

CARACTERISTICI TEHNICE MINIME ECHIPAMENT RADIOLOGIC

Echipament radiologic mobil analogic

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE, STRUCTURALE SI DIMENSIONALE

Generator de inalta tensiune max 32 kw

-Tensiune maxima 125 kw
- Tub radiogen focare 0,8/13mm
- alimentare de la retea de 220V
- deplasare usoara pe roti
- echipamentul poate fi folosit pentru urmatoarele aplicatii : investigatii radiologice la patul pacientului cerute de ortopedie ,pediatrie si chirurgie
- 1 caseta cu folie fosforica format 35x43 compatibila cu echipamentul de digitalizare Fujifilm FCR Prima
- 1 caseta cu folie fosforica format 24x30 compatibila cu echipamentul de digitalizare Fujifilm FCR Prima
-manual de utilizare in limba romana- 1 buc

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS- daca este cazul, aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul, autorizatie A.S.R emisa de CNCAN, autorizatie emisa de DSP -daca este cazul etc).

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE ,DE PLATA SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului si se realizeaza cu personal specializat .
- termenul de livrare va fi de maxim 60 zile de la primirea comenzii prin fax
- se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24 luni
- termenul de plata va fi de 60 zile de la livrare ,punere in functiune si obtinere autorizatie C.N.C.A.N si D.S.P.
- timp de raspuns la solicitare în perioada de garantie cel mult 48 ore la sediul beneficiarului / locatia de instalare
- să se asigure instalare si punere in functiune cu personal specializat al furnizorului .
- să se asigure instruirea personalului tehnic si medical (care va lucra cu aparatul) de catre personal autorizat si instruit de catre producator .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Dr. Al-Musawi Abass
Ing. Hogas Octav

Dr. ABASS AL-MUSAWI
medic primar radiologie - Imagistica
cod : C 92234

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

