



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 6959/27.04.2018

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
BAIE GALVANICA CU 4 CELULARE R.M.F.B**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 1 BUC – BAIE GALVANICA CU 4 CELULARE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 07.05.2018 ,ora 15.00 Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 6295/18.04.2018



Aprobat
Manager

Dr. Panzaru Costica

CAIET DE SARCINI „BAIE GALVANICA CU 4 CELULARE”

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Baie galvanica cu 4 celulare” ,cod CPV 33150000-6 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Baie galvanica cu 4 celulare”
cod CPV 33150000-6 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici tehnice :
Cada 4 celulare pentru tratament galvanic din fibra de sticla armata cu rasina acrilica
Prevazuta cu 2 electrozi /celula din inox anticoroziv
Panou digital, ecran touch screen

Programe prestabilite
Programarea tratamentelor
Posibilitate de inversare a polaritatii la fiecare celula
Forme de curent galvanic si diadinamic
Capacitate celula inferioara 24,5LX2
Capacitate celula superioara 13 LX2
Valoarea curentului in celula 0-30mA
Dimensiuni 1280x950x950-975h cm
Intrerupator de maxima siguranta
Declaratie de conformitate CE
Marcaj CE
Manual de utilizare in limba romana la livrare

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

