



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 543/ 11.01.2018

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze- KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani . Unitatea de masura la care se raporteaza pretul este testul .

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 17.01.2018, ora 15.00.

**Manager
Dr. Panzaru Costica**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060
Nr. 515/11.01.2018

Aprobat
Manager
Dr. Panzaru Costica

CAIET DE SARCINI KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea **Kit reactivi determinari gaze in sange (12 parametri)**, necesar asigurarii asistentei medicale de urgenta , produs compatibil cu un analizor automat , care se va incredinta beneficiarului de catre ofertantul castigator al reactivilor cu drept de folosinta (tip comodat), cod CPV33694000-1.

2.CARACTERIZARE GENERALA, LIVRARE SI CONDITII MINIME DE PLATA :

- Loc de livrare: sediul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani ,strada Gradinitei nr.5 localitatea Pascani ,Jud. Iasi , cu mijloace de transport ale furnizorului.
- Ofertantul trebuie sa depuna oferta pentru Pachet (kit) reactivi determinari gaze in sange , iar reactivii ce formeaza pachetul trebuie sa provina de la acelasi producator cu analizorul automat.

Ofertantul va asigura gratuit : consumabile, solutii de calibrare, solutii de spalare, pungi pentru reziduuri (daca este cazul) ,asistenta tehnica, service, piese de schimb si conectare la sistemul informatic.

Analizorul automat (aparatur) pe perioada derularii contractului va fi incredintat beneficiarului cu drept de folosinta (in sistem comodat) pe o perioada de minim 2 ani cu posibilitate de a se incheia si acte aditionale de prelungire a contractului .

Analizorul va avea marcaj CE, serie , an fabricatie, inscriptionate pe aparat .De asemenea ofertantul va detine buletin de verificare metrologica pentru aparat sau negatie

B.R.M.L.,declaratie de conformitate EC pentru aparat si verificare ANMDM (daca este cazul), fisa tehnica de la producator adresata achizitorului in care sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie a dispozitivului medical si specificatii tehnice ale analizorului .

De asemenea, data fabricarii analizorului sa fie anul 2017. Se va prezenta la punere in functiune cartea tehnica a analizorului in limba romana,si se va efectua si instruirea personalului.

Parametri necesari sunt:

1. ctHb-concentratia hemoglobinei totale ,
2. sO2 –saturatia oxigen
3. cCl-concentratia de ioni de clor din plasma
4. cLac –concentratia L-lactat din plasma
5. pH -indica aciditatea sau caracterul basic al probei
6. cH⁺ -concentratia ionilor de hidrogen din sange
7. pCo2-presiunea partiala a dioxidului de carbon in sange
8. pO2-presiunea partiala a oxigenului in sange
9. cK⁺- concentratia de ioni de potasiu din plasma
10. cNa⁺- concentratia de ioni de sodium din plasma
11. cCa²⁺-concentratia de ioni de calciu din plasma
12. cGlu-concentratia D-glucoza din plasma

Kit -ul sa fie prevazut cu solutii de calibrare care sa permita calibrarea automata a sistemului pentru toti parametrii determinati, fara alte interventii si/sau reglaje suplimentare.

Kit-ul sa fie gata de folosire, fara etape intermediare de pregatire; in ambalaj individual,

sigilat, inviolabil ,pe eticheta lui sa fie mentionate: numele si adresa producatorului, tipul, valabilitatea, conditii de stocare, cod de bare pt. identificarea automata a urmatoarelor informatii: nr.lot, data expirare, stabilitate , numar de determinari.

Conditii de stocare : la temperatura camerei.

Ofertantul sa puna la dispozitie gratuit solutiile de validare a calibrarii si sistemul de recolta (seringi/ vacuete/ capilare heparinate) daca este cazul.

Kit-ul sa aiba marcaj CE . Fiecare kit sa fie insotit de certificat de analiza de la producator.

Consumul mediu de teste pentru pachet (kit) de reactivi determinari gaze in sange este de aproximativ 200 teste/luna .

Ofertantul trebuie sa asigure service 24 h din 24 h si interventii rapide in caz de apar defectiuni .

Modalitati de plata: prin ordin de plata in contul de trezorerie a furnizorului.

Produsul trebuie sa aiba marcaj CE , declaratie de conformitate pe lot ,certificat de calitate si garantie s.a.

Prețurile unitare din ofertă vor fi exprimate in lei /test și vor include costul ambalajelor si al transportului. Taxa pe valoare adaugată va fi mentionata separat.

Livrările se vor efectua eşalonat, pe parcursul derulării contractului, pe bază de comenzi ferme lansate de beneficiar. Onorarea comenzilor se va efectua în termen de maxim 48 ore de la lansarea acestora.

Perioada de garanție acordată produselor de către furnizor este cea specificată de standardul de produs.

Stabilitate cartus: minim 21 zile de la incarcarea in analizor. Recepția cantitativă si calitativă a produselor se va efectua la sediul autoritatii contractante in prezenta reprezentantului furnizorului, ocazie cu care se vor încheia documentele de recepție pentru fiecare produs livrat din pachet (kit) În cazul în care la recepție se constată că produsele nu corespund cerințelor tehnice din caietul de sarcini, acestea se returnează, iar furnizorul are obligația de a le inlocui pe răspunderea și cheltuiala sa.

Achizitorul are obligația de a efectua plata către furnizor în termen de maxim 45 zile de la data inregistrării facturii fiscale la sediul beneficiarului, cu O.P., in conturile deschise la Trezoreria Statului.

Limba de redactare a ofertei va fi limba romana

Unitatea de masura la care se raporteaza pretul si cantitatea este testul.

PRECIZARI PENTRU OFERTANTI

La evaluarea ofertei si desemnarea ofertei castigatoare se va avea in vedere pretul ofertat conform criteriului *pretul cel mai scazut* , precum si respectarea conditiilor minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta in Caietul de sarcini .

Oferta ce nu respecta in totalitate specificatiile tehnice solicitate de catre autoritatea contractanta va fi respinsa .

In cazul in care oferta contine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta , aceasta va fi respinsa ca neconforma.

Compartiment de specialitate
Sef Compartiment Primire Urgente
Dr. Popa Gianina Nicoleta



Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

