



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. crt. 15404/21.07.2021

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
MONITOR FUNCTII VITALE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze “**3 buc -MONITOR FUNCTII VITALE**”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 23.07.2021, ora 14.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.



Compartiment achizitii publice
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 12609 / 16.06.2021



CAIET DE SARCINI MONITOR FUNCTII VITALE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Monitor functii vitale -3 buc”,cod CPV 33195000-3 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „Monitor functii vitale -3 buc” ,cod CPV 33195000-3.

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Aparatul va avea urmatoarea configuratie standard:

- Monitor TFT 12.1”cu imprimanta
- EKG – cu 12 derivatii detectate automat-se va livra si cablu EKG cu 5 derivatii
- NIBP pentru adulti, pediatrie si neonatal –se vor livra si mansete pt. adulti si copii
- Imprimanta termica
- Meniu in limba romana
- Echipamente de masurare EKG, HR, RR, SpO2, NIBP, Temperatura, CO2(optional)

- SpO2 – senzor
- Sonda de temperatura
- Temp – doi conectori
- Protectie la defibrilare
- Afisare trenduri sub forma grafica sau tabulara
- Memorie interna pana la 1.500 de inregistrari
- Placa retea Ethernet
- Sa fie portabil
- Prevazut cu acumulator si incarcator integrat in monitor la 230 V si durata mare de timp privind functionarea pe acumulatori (autonomie baterie > 5 ore)
- Timp scurt de incarcare a acumulatorilor
- Manual de utilizare in limba romana -3 buc

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)
 •Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
 Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate

Sef Sectie ATI
 Dr. Ungureanu Sergiu



Sef Compartiment CPU
 Dr. Timofte Maria



Consilier juridic
 Jrs. Anton Vasile