

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str. Grădinitei nr.5, jud. Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail: spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 18990/2.09 2020

INVITATIE DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA SPIROMETRU PNEUMOLOGIE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze -1 buc SPIROMETRU PNEUMOLOGIE , din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 09.09.2020 ,ora 15.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager
Dr. Bechir Daniel



Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060
Nr.18859/31.08.2020



CAIET DE SARCINI SPIROMETRU PNEUMOLOGIE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani jud.Iasi este interesat in achizitionarea : - „Spirometru Pneumologie -1 buc”,cod CPV 33124100-6 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „Spirometru Pneumologie-1 buc”,cod CPV 33124100-6.
Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :
 - Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
 - Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

Specificatii tehnice Spirometru portabil

Descriere:

- Dispozitiv portabil de masurarea si integrarea diferentei de flux la trecerea aerului printr-un pneumotahograf
- Dispozitiv care sa respecte standardele impuse de ATS si ERS de validare a testelor de spirometrie
- Parametri masurabili: VC; IVC; IC; VT (TV); TLC; RV; IRV; ERV; FRC; FVC; FIVC; FEV1; FEV3; FEV6; FVC; FEV1/VC; FEV1/FVC; FEV3/VC; FEV3/FVC; FEV1/FEV6; FEF75; FEF50; FEF25; FEF25-75; FEF25-75/FVC; FIV1; PIF, FIV1/FIVC, FIF25, FIF50, FIF75, FEF50/FIF50, FET,

MVWind, FEV1 Ratio; FEV0.5; PEF L/min; PEF L/s; FEF 0.2-1.2; FEF 75-85%; FEF25%; FEF50%; FEF75%; FMFT; FIF25%; FIF50%; FIF75%; PIF; FEV0.75; Lung Age

- SVC si FVC pre si post-bronhodilatator
- Teste MVV
- Teste de provocare
- Curbele F/V si V/T vizibile in timp real
- Selectare automata a celui mai bun test efectuat de catre un pacient
- Interpretare automata sau manuala a rezultatelor
- Display LCD de tip TOUCH SCREEN
- Posibilitate de testare pediatria
- Imprimanta termica incorporate
- soft descarcare date pe PC si cablu de conectare la PC
- filtre antibacteriene (pentru 100 teste), hartie termica (20 role), 2 cesti pentru nas
- seringa de calibrare
- garantie 24 luni,
- service gratuit
- manual tehnic in limba romana-1 buc


Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4-5 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu aparat .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Compartiment de specialitate
Dr. Diaconu Roxana Maria -sef sectie pneumologie
Ing. Hogas Octav



Compartiment Achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

