



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 5855/12.04.2018

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
PATURI DE SPITAL**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 44 BUC – PATURI DE SPITAL MECANICE SI ELECTRICE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani. Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 19.04.2018 ,ora 12.30. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**

**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 5415/10.04.2018

Aprobat
Manager

Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI „PAT MECANIC DE SPITAL ”

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Pat mecanic de spital ”

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Pat mecanic de spital ” ,cod CPV33192150-8 .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE

Caracteristici pat mecanic de spital :
Pat mecanic cu 2 manivele pentru ajustare spate si picioare
4 roti pentru mobilitate cu blocare (sistem franare)
Platforma saltea din tabla perforata vopsita in camp electrostatic
Panouri cap/ picioare din plastic usor de montat si de intretinut (sa reziste la dezinfectie chimica)
Laterale metalice din otel pliabile (sa reziste la dezinfectie chimica)
Ajustari de la manivele : sectiune spate si sectiune picioare (proclina, trendelenburg)
Saltea inclusa cu husa detasabila prevazuta cu fermoar
Elemente de protectie din material plastic in colturi (role)
Salteaua sa fie din poliuretan, cu husa lavabila impermeabila ,dimensiunile sa fie corespunzatoare patului si sa aiba grosime de minim 15 cm
Suport perfuzie din otel inoxidabil
Suport ridicare pacient , suport ridicare picioare –trendelenburg
Suporti pentru pungile urinare

Carlige pentru agatat pungile urinare
Cadru metalic vopsit electrostatic
Dimensiuni pat : Lungime aprox. 200 cm, Latime aprox.100 cm
Declaratie de conformitate CE, Marcaj CE
Sustine peste 200 kg
Manual de utilizare in limba romana la livrare

Paturile vor fi confectionate din materiale care garanteaza un grad ridicat de protectie bacteriologic si reducerea riscului de incendiu .

Aceste dispozitive medicale sa poata fi usor de curatat si dezinfectat .

Oferta sa cuprinda avizul eliberat de MS, insotit de anexa in care trebuie sa fie mentionat faptul ca este distribuitor al producatorului produsului oferat.

Oferta sa cuprinda certificatele emise de un organism de certificare notificat care atesta ca ofertantul are implementat si aplica un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 , respectiv ISO 13485: 2009 pentru producatorul produsului.

NOTA : Ofertantul trebuie sa declare conformitatea cu cerintele impuse mai sus, in acest sens prezentand un tabel cu caracteristicile tehnice solicitate si oferate.

5. CONDITII DE LIVRARE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200;
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;
- perioada de garantie va fi de min. 24 luni; se va asigura service in perioada de garantie.
- se va asigura instalare si punere in functiune pe cheltuiala furnizorului
- se va asigura instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu echipamentul si se va incheia un proces verbal de instruire
- certificate de calitate si de garantie
- se vor asigura piesele de schimb pentru service postgarantie pe o perioada de minim 10 ani
- produsul trebuie sa detina marcaj CE
- declaratie de conformitate CE.
- Manual utilizare in limba romana -1 buc
- Fisa tehnica de la producator in care sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie a dispozitivului medical .

Redactat
Nicolau Gabriela

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate
As. Pertu Liliana
As. Postelnicu Laura
Ing. Hogas Octav



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 5714/10.04.2018

Aprobat

Manager

Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI „PAT ELECTRIC DE SPITAL ”

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Pat electric de spital ”

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Pat electric de spital ” ,cod CPV33192150-8 .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE

Caracteristici pat electric de spital :
Cadru metalic vopsit electrostatic care sa reziste la dezinfectie chimica
Platforma saltea din tabla perforata cu 4 sectiuni
Panouri cap si picioare din plastic usor de montat si intretinut (sa reziste la dezinfectie chimica)
Laterale colapsabile din material inoxidabil
4 roti cu sistem central de franare
Ajustari electrice : sectiune spate , sectiune picioare , inaltime trendelenburg si revers trendelenburg
Saltea inclusa in 4 sectiuni cu husa detasabila prevazuta cu fermoar
Salteaua sa fie din poliuretan, cu husa lavabila impermeabila ,dimensiunile sa fie corespunzatoare patului si sa aiba grosime de minim 15 cm
Telecomanda cu fir care sa aiba butoane luminate astfel incat aceasta sa poata fi folosita in intuneric
Elemente de protectie din material plastic in colturi (role)
Maneta CPR pentru a adduce sectiunea spate in pozitia zero
Support perfuzie din otel inoxidabil

Carlige pentru agatat pungile urinare
Dimensiuni pat : Lungime aprox. 200 cm, Latime aprox. 100 cm
Declaratie de conformitate CE, Marcaj CE
Sustine peste 200 kg
Manual de utilizare in limba romana la livrare

Paturile vor fi confectionate din materiale care garanteaza un grad ridicat de protectie bacteriologic si reducerea riscului de incendiu .

Aceste dispozitive medicale sa poata fi usor de curatat si dezinfectat .

Oferta sa cuprinda avizul eliberat de MS, insotit de anexa in care trebuie sa fie mentionat faptul ca este distribuitor al producatorului produsului oferat.

Oferta sa cuprinda certificatele emise de un organism de certificare notificat care atesta ca ofertantul are implementat si aplica un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 , respectiv ISO 13485: 2009 pentru producatorul produsului.

NOTA : Ofertantul trebuie sa declare conformitatea cu cerintele impuse mai sus, in acest sens prezentand un tabel cu caracteristicile tehnice solicitate si oferate.

5. CONDITII DE LIVRARE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200;
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;
- perioada de garantie va fi de min. 24 luni; se va asigura service in perioada de garantie si piese de schimb gratuite .
- se va asigura instalare si punere in functiune pe cheltuiala furnizorului
- se va asigura instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu echipamentul si se va incheia un proces verbal de instruire
- certificate de calitate si de garantie
- se vor asigura piesele de schimb pentru service postgarantie pe o perioada de minim 10 ani
- produsul trebuie sa detina marcaj CE
- declaratie de conformitate CE.
- Manual utilizare in limba romana -1 buc
- Fisa tehnica de la producator in care sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie a dispozitivului medical .

Redactat

Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate

As. Pertu Liliana

As. Postelnicu Laura

Ing. Hogas Octav

Consilier juridic

Jrs. Anton Vasile

