



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. crt. 12869/18.06.2021

INVITATIE DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA TERMOSTAT LABORATOR

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze “ **1 buc -TERMOSTAT LABORATOR** ”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 25.06.2021, ora 10.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

Manager
Dr. Bechir Daniel



Compartiment achizitii publice
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 12807 / 18.06.2021.

Aprobat
Manager

Dr. Bechir Daniel

CAIET DE SARCINI TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC



1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC”,cod CPV42943210-3 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „TERMOSTAT LABORATOR -1 BUC ” ,cod CPV42943210-3.
Produsul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :
 - Marcajul European de conformitate CE inscriptionat ;
 - Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

4. SPECIFICATII TEHNICE :

Caracteristici obligatorii:

Camera termostat trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici :

- sa asigure temperatura de 37 grade C
- dimensiuni exterioare : 2000x1700x2300 (lungime ,adancime ,inaltime)
- volum útil : 2000 litri
- incinta din inox
- constructie monobloc
- rafturi perforate prevazut cu sistem recirculator
- afisaj electronic de temperatura
- protectie automata la supratemperatura cu declupare automata
- tensiune de alimentare 220 V
- prevazut cu sistem de alarma in cazul disfunctionalitatilor
- insotit de certificat de etalonare emis de catre un laborator de etalonare
- termostatul sa fie prevazut cu sistem de sterilizare cu raze UV
- termostatul sa fie avizat de Ministerul Sanatatii si sa aiba declaratie de conformitate
- sa aiba manual de operare ,intretinere si service in limba romana

NOTA :•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.
:•Operatorii economici interesati se vor deplasa la sediul spitalului pentru a vedea incinta.

Camera termostat va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- la livrare produsul vor fi insotit de manual de utilizare in limba romana 1 buc .
- se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune inclusa in pret
- să se asigure instruirea gratuita a personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela



Consilier Juridic
Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate
Sef Laborator Chimist Aprodu Mihaela
Ing. Hogas Octav

