



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 14170/06.09.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
STERILIZATOR AER CALD CU VENTILATIE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze Sterilizator aer cald cu ventilatie ,din catalogul electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini .

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 12.09.2017 ,ora 15.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud. Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 14032/4.09.2017



CAIET DE SARCINI STERILIZATOR AER CALD CU VENTILATIE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str. Gradinitei nr. 5, loc. Pascani, jud. Iasi este interesat in achizitionarea „Sterilizator aer cald cu ventilatie -1 buc”, cod CPV 33191100-6 avand drept sursa de finantare fondul de dezvoltare .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Sterilizator aer cald cu ventilatie –1buc” ,cod CPV 33191100-6.
Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :
 - Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe etuva ;
 - Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

- ETUVA(Sterilizator aer cald cu ventilatie) cu urmatoarele caracteristici tehnice:
 - Volum interior min 150dm³
 - Temperatura reglabila in plaja 20-240 °C.
 - Afisarea electronica a temperaturii.
 - Semnalizarea conectarii rezistentelor
 - Semnalizarea functionarii ventilatorului
 - Termostat de siguranta

- Interiorul incintei executat din otel inox
- Precizie de stabilizare a temperaturii $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Timp redus de omogenizare a temperaturii in incinta
- Protectie la intreruperea accidentala a alimentare cu energie electrica (reluarea automata a procesului de sterilizare).
- Incinta sa fie iluminata
- Consum redus de energie electrica
- Sa aiba certificat CE
- Sa aiba marcaj CE
- Afisarea timpului de sterilizare
- Alimentare 220 V, 50 Hz
- Sa fie prevazuta cu 3 rafturi de inox pentru cutia de sterilizare incluse in prêt
- Sa fie cu ventilare fortata
- Sa fie cu imprimanta termica
- Sa prezinte alarma acustica in caz de erori si la finalizarea procesului de sterilizare
- Manual utilizare in limba romana

ATENTIE ! Etuva trebuie sa intre pe o usa cu latimea de 700 MM

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

Ofertele se vor intocmi pe mai multe tipuri de dimensiuni si vor fi insotite de imagini.

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu etuva .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Dr. Bechir Daniel
Ing. Hogas Octav

DR. BECHIR DANIEL
medic primar
chirurgie generală
Cod: C9V168

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile