



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei nr.5, jud. Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal: 11549

Nr. 16408/12.10.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
TOURNIQUET ELECTRIC –BANDA PNEUMATICA BLOC OPERATOR**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze „TOURNIQUET ELECTRIC –BANDA PNEUMATICA BLOC OPERATOR” , din catalogul electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini .

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 23.10.2017 ,ora 09.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager
Dr. Panzaru Costica



Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 16407/12.10.2017



Aprobat

Manager

Dr. Panzaru Costica

CAIET DE SARCINI

„Tourniquet electric -banda pneumatica BLOC OPERATOR”

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Tourniquet electric -banda pneumatica BLOC OPERATOR”, cod CPV 33162000-3 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „Tourniquet electric -banda pneumatica BLOC OPERATOR” cod CPV 33162000-3 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici sistemul de exanghinare tourniquet electric :

Manseta membru superior 62x7 cm

Manseta membru superior 64x13 cm

Manseta membru superior lunga 82x8 cm

Manseta membru inferior 85x14 cm

Manseta conica membru inferior 110x11 cm

Manseta membru inferior 120x13,5 cm	
Manseta membru inferior 140x13,5 cm	
Alimentare : 220V	
Durata bateriei : 90 min	
Putere consumata : 60W	
Sistemul de lucru : prin compresia aerului	
Presiunea de iesire : 100-550mmHG cu increment de 5 mmHG	
Setari de timp : 1-99 min cu increment de 1 min	
Stativ reglabil cu cos	
Declaratie de conformitate CE	
Marcaj CE	
Manual de utilizare in limba romana la livrare	

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Dr. Albetar Samir
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

DR. SAMIR ALBETAR
medic specialist
Ortopedie - Traumatologie
Cod: E38613