



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 18989 2.09 2020

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
APARAT CPAP PNEUMOLOGIE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze -1 buc APARAT CPAP PNEUMOLOGIE , din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.
Va transmitem atasat caietul de sarcini.
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 09.09.2020 ,ora 15.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager
Dr. Bechir Daniel



Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr.18858/31.08.2020

Aprobat
Manager
Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI APARAT CPAP PNEUMOLOGIE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea : - „Aparat CPAP Pneumologie -1 buc”,cod CPV 33124100-6 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

• Denumire contract : „ Aparat CPAP Pneumologie -1 buc”,cod CPV 33124100-6 .
Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

Specificatii tehnice AutoCPAP cu umidificator

Descriere:

- Aparat cu presiune pozitiva de tip auto PAP
- Moduri: CPAP, CPAP check, autoCPAP, autoTrial
- Presiune maxima: 20 cmH2O
- Presiune minima: 4 cm H2O
- Rampa: 0-45 minute
- AutoCPAP - ajusteaza presiunea automat cu 1 cm H2O atunci cand detecteaza 2 evenimente respiratorii consecutive

- CPAP check -monitorizeaza ultimele 30 de ore de terapie si ajusteaza presiunea automat cu 1 cm H2O (maxim +/- 3 cm H2O fata de presiune setata initial)
- AutoTrial - monitorizeaza terapia pacientului pana la un maxim de 30 de zile si la sfarsitul perioadei de monitorizate, aparatul va trece automat in modul CPAP la presiunea inregistrata 90% din timpul petrecut in modul autoCPAP
- Functie de reducere a evenimentelor respiratorii reziduale de la inceputul terapiei
- Algoritm integrat ce asigura detectarea automata si compensare a pierderilor intentionate si neintentionate
- Functie de confort tip Flex (modelarea presiunii pe inspir si pe expir)
- Functie de verificare a ajustarii mastii, ce previne montarea gresita a acesteia sau pierderilor intentionate
- Functie de detectare a tipului de masca si de a compensa rezistenta acesteia la fluxul de aer livrat in timpul terapiei
- Soft pentru managementul datelor ce asigura listarea de rapoarte (pdf, word)
- Card SD pentru stocarea datelor de terapie cu capacitate de pana la 2 ani
- Date stocate pe SD card: AHI rezidual, presiune medie, complianta pacientului, grafice cu trendul terapiei pe toata perioada, pierderile,
- Display cu afisarea parametrilor: presiune, pierderi
- Alarmer: deconectare, pierderi pe masca
- Umidificator cu furtun incalzit cu sistem de siguranta ce nu permite scurgerea accidentala a apei
- Garantie - 2 ani, service inclus,
- Manual tehnic in limba romana-1 buc


Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service gratuit in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu aparat .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Compartiment de specialitate
Dr. Diaconu Roxana Maria -sef sectie pneumologie
Ing. Hogas Octav

Compartiment Achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

