

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI

Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Accreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. 24/27 / 10.10.2022

INVITATIE DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA APARATE BAZA DE TRATAMENT

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze „APARATE BAZA DE TRATAMENT ” , din catalogul electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini .

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 14.10.2022 ,ora 12.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager
Dr. Bechir Daniel



Birou achizitii
Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 24114/10.10.2022.



Aprobat

Manager

Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI COMBINA TERAPIE (ELECTROTERAPIE SI ULTRASUNETE) BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) -1 buc** ”,cod CPV 33155000-1 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,altele decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

● Denumire contract: „ **Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) -1 buc** ”,cod CPV 33155000-1.

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .
- Autorizatie emisa de Ministerul Sanatatii ,aprobare emisa de catre A.N.M.D.M.

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

- **Parametrii tehnici si functionali:**
- Aparat compact electroterapie si ultrasunete
- **CARACTERISTICI TEHNICE**
- Ecran touchscreen color cu diagonala de minimum 17 cm
- Echipamentul sa prezinte librerie grafica sau baza de date pentru pacienti
- Echipamentul sa prezinte informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute, etc.
- Accesorii standard pentru electroterapie (cablu de electroterapie, electrozi, huse electrozi, set centuri elastice)
- Echipamentul sa poata realiza electroterapie pe 2 canale independente
- Echipamentul sa permita utilizarea pentru toata gama de curenti de joasa si medie frecventa: minimum 30 forme de curenti: curenti diadinamici, galvanici, tens simetric, asimetric si alternant, trabert, faradic, neofaradic, interferenta 2 poli, interferenta 4 poli, stimulare ruseasca, impulsuri de stimulare, impulsuri rectangulare, impulsuri triunghiulare, impulsuri exponentiale, impulsuri combinate, Stimulare spastica Hufschmidt, stimulare spastica Jantsch, HVT, microcurenti, curent Kotz, curent VMS, impulsuri IG, EPIR, Leduc
- Echipamentul sa dispuna de program pentru masurarea curbei I/t, memoarea de curbe I/t calculate pentru diferiti pacienti, identificarea pragului motor si calcularea reobazei si cronaxiei, masurarea coeficientului de acomodare
- Echipamentul sa dispuna de o functie care permite diagnosticarea gradului de uzura a accesoriilor
- Pentru ultrasunet
- Accesorii incluse: Cap emisie ultrasunete 4-5 cm² – 1 si 3 MHz, gel ultrasunet, suport pt cap ultrasunet, gel aplicare ultrasunete
- Utrasunetul pe 1 canal dotat cu functie care permite diagnosticarea accesoriilor, calibrarea sondelor de utrasunet
- Emisie continua si in impulsuri in domeniul 1 MHz; 3 MHz; 1 si 3 MHz simultan
- Intensitate maxima 3W/cm²
- Echipamentul sa permita conectarea simultana a minim 2 capete de emisie
- Sa aiba posibilitatea de conectare aplicator de emisie ultrasunete tip « maini libere » cu minim 6 cristale ce emit ultrasunete in camp rotativ
- Echipamentul sa aiba posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament
- Echipamentul sa fie dotat cu functie care permite diagnosticarea accesoriilor
- Echipamentul sa fie livrat cu suport mobil
- Oferta va include si manual in limba romana

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.) •Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat

Ref. Specialitate Nicolau Gabriela

Consiliul juridic

Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate

Sef Sectie Dr. Nechita Florentina

Ing. Hogas Octav



Hogas Octav

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 24/12/10.10.2022



Aprobat
Manager

Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI APARAT DE MAGNETOTERAPIE BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**APARAT DE MAGNETOTERAPIE -1 buc**”,cod CPV 33155000-1 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,altele decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract: „ **Aparat de magnetoterapie -1 buc** ”, cod CPV 33155000-1 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .
- Autorizatie emisa de Ministerul Sanatatii ,aprobare emisa de catre A.N.M.D.M.

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Aparatul de magnetoterapie va avea urmatoarele caracteristici tehnice:

A. CONFIGURATIE
Aparat magnetoterapie cu ecran touchscreen color diagonala minimum 17 cm, 2 canale independente
Aplicator pentru aplicatii cervicale

Pat pentru magnetoterapie cu solenoid 75cm (+/- 10%) ce culiseaza pe toata lungimea mesei
Aplicator localizator dublu
Carucior transport cu suport pentru accesorii si roti multidirectionale
B. CARACTERISTICI TEHNICE
Ecran touchscreen color
Posibilitatea reglarii tuturor parametrilor de tratament in mod manual: frecventa, intensitatea, durata impuls si durata pauza
Camp magnetic pulsat si continuu
Frecventa pulsurilor ajustabila in intervalul: 0-160Hz (+/- 5%)
Puterea campului magnetic: ajustabila in intervalul: 0-65mT (+/- 10%) (1 mT = 10 Gauss)
Campul magnetic generat de catre aparat sa nu influenteze alte aparate din camera
Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti
Protocoale clinice
Minimum 100 de programe create de catre utilizator
Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.
Aparatul afiseaza pe ecranul color accesoriile conectate
Functie care permite diagnosticarea accesoriilor
Oferta va cuprinde si manual in limba romana

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.) •Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.


5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.
- Manual de utilizare in limba romana.

Redactat
Ref. Specialitate Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile



[Handwritten signature]

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 24/15/10.10.2022



CAIET DE SARCINI APARAT TERAPIE TECAR BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Aparat terapie TECAR -1 buc”,cod CPV 33155000-1 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,altele decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract: „ Aparat terapie TECAR -1 buc ”,cod CPV 33155000-1 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .
- Autorizatie emisa de Ministerul Sanatatii ,aprobare emisa de catre A.N.M.D.M.

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Aparat terapie TECAR va avea urmatoarele caracteristici tehnice

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Parametrii tehnici si functionali: |
|--|

- Aparat diatermie de contact cu ecran color tactil diagonala minimum 20 cm,
 - Aplicator pentru aplicatii capacitive cu electrozi de diferite dimensiuni – min 3 buc. Dimensiuni diferite (de la min. 2 cm – pana la 8 cm)
 - Aplicator pentru aplicatii rezistive cu electrozi de diferite dimensiuni – min 3 buc. Dimensiuni diferite – (de la min 2 cm – pana la 8 cm)
 - Electrozii capacitivi si rezistivi sa fie acoperiti cu plastic astfel incat mana terapeutului sa nu intre in contact cu partea conductiva
 - Electrode neutru
 - Navigare zone anatomice
 - Vizualizarea contactului cu pacientul pe aplicator si pe ecran
 - Mod de lucru continuu si pulsatil
 - Frecventa: 480-520 kHz (+/- 5%)
 - Putere: min. 320 W
 - Control dinamic al impedantei
 - Protocoale tratament stabilite de utilizator
 - Posibilitatea setarii manuale a parametrilor de tratament
 - Librarie grafica sau baza de date pentru pacienti
 - Protocoale clinice presetate
 - Informatii aferente fiecarui protocol clinic, in care sunt prezentati parametrii de terapie, imagini ale zonei de tratament, efectele medicale obtinute etc.
 - Suport mobil cu roti si cu sertare
- Oferta va include si manual de utilizare in limba romana.


NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.) •Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 4 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.

- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Ref. Specialitate Nicolau Gabriela



Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

