



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr.23835/06.10.2022

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
DEFIBRILATOARE-4 BUC**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 ,intentioneaza sa achizitioneze „4 buc – DEFIBRILATOARE”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 11.10.2022, ora 10.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

**Manager
Dr. Bechir Daniel**



**Birou achizitii publice
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 20579/23.09.2022

Aprobat

Manager

Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI DEFIBRILATOR -4 BUC

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Defibrilator -4 BUC”, cod CPV 33182100-0 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ Defibrilator -4 BUC ” ,cod CPV 33182100-0 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

DEFIBRILATOR PORTABIL ”, avand urmatoarea configuratie standard:

- Defibrilator portabil usor de utilizat si cu autonomie mare de utilizare
- Mod de actiune : sincron ,extern .
- Dotat cu sistem de autodiagnosticare la pornirea aparatului
- Trepte de utilizare : 20,50,100, 160, 250, 360 Joule
- Autonomie :45 descarcari la 360 Joule
- Alimentare si incarcare la 230V
- Monitor LCD de 5,5 inch
- Sistem de avertizori sonori

- **Cu EKG, pacing, SpO2 , cu accesorii si printer incluse**
- **Sa fie portabil**
- **Instructiuni vorbite si afisate**
- **Manual de utilizare in limba romana -4 BUC**

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)
 •Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania (autorizatie emisa de catre MS , aprobare emisa de A.N.M.D.M- daca este cazul,etc).

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului
- timp de interventie in caz de defectiuni maxim 2,5 ore
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 36 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
 Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
 Ing. Hogas Octav
 Director Ingrijiri
 AML Luchian Nicoleta

Consilier juridic
 Jrs. Anton Vasile

