



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal: 11549

Nr. 9553/06.06.2019.

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
HOLTER EKG**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 2 BUC – HOLTER EKG ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 12.06.2019 ,ora 12.00 Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager

Dr. Panzaru Costica



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 9487/5.07.2019

Aprobat
Manager
Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI HOLTER EKG

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Holter EKG -2 buc**”,cod CPV 33123210-3 .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ **Holter EKG –2buc**” ,cod CPV 33123210-3.

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe holter ;
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini si care va asigura service gratuit pe perioada garantiei produsului care va fi 24 luni de la data punerii lui in functiune.

4. CARACTERISTICI TEHNICE HOLTER EKG

- 12 canale cu software computerizat avansat;
- posibilitate de înregistrare continuă până la 7 zile;
- pornire automată a înregistrării;
- cablu cu 5-10 fire
- transfer date USB, SD-card, BT;
- rezoluție ecran LCD 128x64 px;
- stocare date 2GB;

- frecvența eșantionare/ rezoluție 8x2000 Hz / 24 bit;
- detectare pacemaker 100 μ s / circuit dedicat cu 40.000 Hz funcție detectare;
- frecvență de răspuns 0.049 Hz–220 Hz;
- rezoluție digitală 1.52 μ V;
- baterii alcaline;
- dimensiuni 102x62x24 mm (4x2,22x0,94 inches);
- greutate 106g
- manual utilizare în limba română -2 buc

Aparatul va deține toate aprobările necesare pentru a funcționa în spitalele din România (autorizație emisă de către MS , aprobare emisă de A.N.M.D.M- dacă este cazul,etc).

NOTA :Operatorul trebuie să declare conformitatea cu cerința impusă de CONFIGURATIA de mai sus, indicând documentul și pagina care atestă cele declarate (catalog ,fișă tehnică ,s.a.)

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad în sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 săptămâni de la emiterea comenzii.
- se va asigura service gratuit în perioada de garanție de 24 luni
- să se asigure instalare și punere în funcțiune.
- să se asigure instruirea personalului care va lucra cu aparat .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioadă de minim 10 ani.
- certificate de Calitate și Conformitate cu normele UE.

Redactat

Nicolau Gabriela

Consilier Juridic
Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate
Dr. Dumbrava Emilia Lidia

Dr. DUMBRAVA EMILIA LIDIA
medic specialist
cardiologie
Cod: C22832