



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr._6569_/19.03.2020

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
INJECTOMATE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 4 BUC – INJECTOMATE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani.
Va transmitem atasat caietul de sarcini.
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 25.03.2019 ,ora 09.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Bechir Daniel**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 6394/18.03.2020

Aprobat
Manager
Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI INJECTOMATE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Injectomate -4 buc**”,cod CPV 33194110-0 avand drept sursa de finantare venituri provenite de la bugetul local .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „**Injectomate -4 buc**” ,cod CPV 33194110-0 .
 - Dispozitivul medical sa corespunda celor mai severe standarde de calitate si siguranta ,inclusiv:
 - Directiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC ca amendament al Directivei 2007/47/EC;
 - Sistemul de Management al Calitatii privind Dispozitivele Medicale –cerinte pentru conformitati ISO 13485
 - Sistemul de Management al Calitatii EN ISO 9001:2008
 - Marcaj European de conformitate CE inscriptionat pe aparat

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Suntem interesati in achizitionarea de **Pompa pentru seringi automate (injectomate) – 4 buc** cu configuratia de mai jos si care sa prezinte urmatoarele specificatii tehnice :

Pompa pt seringi automate (injectomate) incluzand:

1. Volum preselectat 0,1 – 999,9 ml (increment 0,1 ml/h)
2. Domeniu de debit : 0,1- 1200 ml/h (depinde de capacitatea seringii – increment 0,1 ml/h)
3. Acuratețea debitului administrat (%) : $\pm 1\%$ în aparat, $\pm 2\%$ în seringă
4. Capacitatea seringilor acceptate: 5, 10, 20, 30, 50 ml
5. Tipuri de seringi acceptate: până la 50 tipuri
6. Setare automată a debitului
7. Calcul automat al debitului în funcție de preselecție volum și timp
8. Funcția bolus: debit de bolus maxim 50 – 1200ml/h (50 ml/h increment)
9. Presiunea de ocluzie: între 50 – 750mmHg pentru infuzomat/volumat, respectiv 100 – 900 mmHg pentru injectomate
10. Controlul presiunii de ocluzie să se realizeze din 50 în 50 mmHg
11. Posibilitatea de anticipare a ocluziei în timpul perfuzării (indicator de creștere/scădere a presiunii)
12. Tipuri de alarmă: baterie (pre-alarmă, alarmă), rețea de alimentare (deconectare), instalare seringă, sfârșit infuzie (pre-alarmă, alarmă), limită volum (pre-alarmă, alarmă), limită volum/timp V/T (pre-alarmă, alarmă), presiune (de ocluzie, scădere/creștere presiune), etc.
13. Sistem de fixare integrat în pompă (posibilitate de adaptare pe bară verticală, orizontală sau sînă)
14. Posibilitatea pentru transport manual (maner integrat în pompă)
15. Dispozitiv de acoperire/protecție a pistonului seringii (pt injectomate) – în caz contrar risc crescut de rupere la manipularea aparatului
16. Cablul de alimentare
17. Afișare text în limba română (meniu aparat)
18. Manual de utilizare în limba română- 4 buc
19. Durata de viață a bateriei: minim 10h la un debit de 5ml/h, respectiv 5 h la un debit de 120ml/h
20. Garanție minim 2 ani
21. Instruire personal medical/auxiliar în vederea manipulării corespunzătoare a aparaturii respective

NOTA 1: Dacă oferta este conformă cu specificația prezentată, se completează “conform cu pagina”.
În cazul în care nu se respectă cerințele din caietul de sarcini, se completează cu “NU”.
Întreg ansamblul și instalația electrică aferentă vor respecta Normele de sănătate și securitate în muncă pentru a nu periclita pacienții și personalul sanitar.

NOTA 2: Operatorul trebuie să declare conformitatea / neconformitatea cu cerința impusă de specificația tehnică, indicând în mod obligatoriu documentul producătorului și pagina care atestă cele declarate (catalog, specificație tehnică manual utilizare, manual și fișa tehnică ,s.a.) de la producător. Nu se acceptă formulări de tipul „ conform broșurii atasate “.Ofertele care nu respectă cerințele de mai sus ,vor fi declarate ca neconforme. Recepția calitativă și cantitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezenta unei comisii de recepție , a unui delegat împuternicit de ofertant și în prezenta minim unui reprezentant al secției beneficiare . Dacă produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractantă are dreptul să respingă produsul ,iar ofertantul are obligația de a înlocui într-un termen de maxim 48 ore produsul refuzat .

NOTA 3 : Specificațiile ,caracteristicile tehnice menționate în caietul de sarcini reprezintă cerințe minimele . Ofertele care nu vor îndeplini cerințe minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se încadrează strict în descrierea și condițiile impuse de prezentul caiet de sarcini vor fi luate în considerare numai în situația în care

oferta respectiva presupune un nivel calitativ superior din punct de vedere a specificatiilor ,caracteristicilor tehnice mentionate in caietul de sarcini (temei legal art. 137,alin 3 ,litera a) din H.G.395/2016 coroborat cu prevederile art. 154, 155, 156, din Legea 98/2016).

NOTA 4 :Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie ,un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert , un brevet de inventie , o licenta de fabricatie , sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse , aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT.

Alte conditii obligatorii :

- Transportul, montajul, punerea in functiune, testele, instructajul personalului si aprobarile necesare functionarii conform normelor in vigoare ale Ministerului Sanatati se vor efectua sau obtine de catre ofertant;
- Dispozitivul medical sa aiba marcaj CE, certificate de conformitate si autorizatie (avizele) de punere pe piata conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
- Termen de livrare: maxim 60 zile de la data emiterii comenzii catre furnizor.
- Ofertantul va asigura service in perioada de garantie -cerinta obligatorie .
- Ofertantul va preciza in oferta tehnica timpul de interventie referitor la service.

5. GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE , LIVRARE -TRANSPORT

- Perioada garantiei : minim 24 luni de la punere in functiune
- in perioada de garantie se vor asigura gratuit piese de schimb;
- timp maxim de interventie 48 ore la sediul beneficiarului dupa ce solicitarea scrisa a fost trimisa pe fax sau e-mail;
- service-ul sa fie asigurat de reprezentantul producatorului , prin specialisti instruiti si autorizati de producator . Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens (diplome ,atestari s,a.)
- firma ce asigura service sa aiba sistemul de management al calitatii certificat conform EN ISO 9001: 2008;
- firma ce asigura service sa aiba sistemul de management al calitatii certificate conform ISO 13485: 2012 pentru activitati de instalare ,reparatii etc.
- Service autorizat de producator pe teritoriul Romaniei . Se vor prezenta in acest sens documente doveditoare ,inclusive diplome ,calificari sau autorizatii pentru personal de Service.
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani
- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Medic sef sectia CPU
Dr. Popa Gianina
Medic Specialist Neonatologie
Dr.specialist Gradinaru Popa Madalina

Consilier juridic
Mrs. Anton Vasile

Dr. GRADINARU POPA
MADALINA
MEDIC SPECIALIST
NEONATOLOGIE
Cod: F 22275