



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 email:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr. crt. 12864/18.06.2021

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
INJECTOMATE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in Pascani , str. Gradinitei nr. 5, jud. Iasi , CUI 4701371 , intentioneaza sa achizitioneze “ **6 buc -INJECTOMATE** ”, din catalog electronic cu invitatie participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Atasam caietul de sarcini necesar pentru elaborarea ofertei .

Va rugam sa ne transmiteti oferta dvs. pana in data de 23.06.2021, ora 10.00 la sediul spitalului .

Oferta dvs va trebui sa respecte intocmai Caietul de Sarcini si sa prezinte toate celelalte documente mentionate in anuntul de publicitate de pe SICAP.

**Manager
Dr. Bechir Daniel**

**Compartiment achizitii publice
Ref. Nicolau Gabriela**



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 12625 / 16.06.2014

Aprobat

Manager

Dr. Bechir Daniel



CAIET DE SARCINI INJECTOMATE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Injectomate -6 buc**”,cod CPV 33194110-0.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „**Injectomate –6 buc**” ,cod CPV 33194110-0 .

- Dispozitivul medical sa corespunda celor mai severe standarde de calitate si siguranta ,inclusiv:
- Directiva pentru Dispozitive Medicale 93/42/EEC ca amendament al Directivei 2007/47/EC;
- Sistemul de Management al Calitatii privind Dispozitivele Medicale –cerinte pentru conformitati ISO 13485
- Sistemul de Management al Calitatii EN ISO 9001:2008
- Marcaj European de conformitate CE inscriptionat pe aparat

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Suntem interesati in achizitionarea de **Pompa pentru seringi automate (injectomate) – 6 buc** cu configuratia de mai jos si care sa prezinte urmatoarele specificatii tehnice :

Pompa pt seringi automate (injectomate) incluzand:

1. Volum preselectat 0,1 – 999,9 ml (increment 0,1 ml/h)
2. Domeniu de debit : 0,1- 1200 ml/h (depinde de capacitatea seringii – increment 0,1 ml/h)
3. Acuratețea debitului administrat (%) : $\pm 1\%$ in aparat, $\pm 2\%$ in seringa
4. Capacitatea seringilor acceptate: 5, 10, 20, 30, 50 ml
5. Tipuri de seringi acceptate: pana la 50 tipuri
6. Setare automata a debitului
7. Calcul automat al debitului in functie de preselectare volum si timp
8. Functia bolus: debit de bolus maxim 50 – 1200ml/h (50 ml/h increment)
9. Presiunea de ocluzie: intre 50 – 750mmHg pentru infuzomat/volumat, respectiv 100 - 900 mmHg pentru injectomate
10. Controlul presiunii de ocluzie sa se realizeze din 50 in 50 mmHg
11. Posibilitatea de anticipare a ocluziei in timpul perfuzarii (indicator de crestere/scadere a presiunii)
12. Tipuri de alarma: baterie (pre-alarma, alarma), retea de alimentare (deconectare), instalare seringa, sfarsit infuzie (pre-alarma, alarma), limita volum (pre-alarma, alarma), limita volum/timp V/T (pre-alarma, alarma), presiune (de ocluzie, scadere/crestere presiune),etc.
13. Sistem de fixare integrat in pompa (posibilitate de adaptare pe bara verticala, orizontala sau sina)
14. Posibilitatea pentru transport manual (maner integrat in pompa)
15. Dispozitiv de acoperire/protectie a pistonului seringii (pt injectomate) – in caz contrar risc crescut de rupere la manipularea aparatului
16. Cablul de alimentare
17. Afisare text in limba romana (meniu aparat)
18. Manual de utilizare in limba romana- 6 buc
19. Durata de viata a bateriei: minim 10h la un debit de 5ml/h, respectiv 5 h la un debit de 120ml/h
20. Garantie minim 2 ani
21. Instruire personal medical/auxiliar in vederea manipularii corespunzatoare a aparatului respective

NOTA 1: Daca oferta este conforma cu specificatia prezentata, se completeaza “conform cu pagina”.

In cazul in care nu se respecta cerintele din caietul de sarcini, se completeaza cu “NU”.

Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

NOTA 2: Operatorul trebuie sa declare conformitatea / neconformitatea cu cerinta impusa de specificatia tehnica, indicand in mod obligatoriu documentul producatorului si pagina care atesta cele declarate (catalog ,specificatie tehnica manual utilizare, manual si fisa tehnica ,s.a.) de la producator. Nu se accepta formulari de tipul „ conform brosurii atasate “. Ofertele care nu respecta cerintele de mai sus ,vor fi declarate ca neconforme. Receptia calitativa si cantitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta unei comisii de receptie , a unui delegat imputernicit de ofertant si in prezenta minim unui reprezentant al sectiei beneficiare . Daca produsul nu corespunde calitativ sau cantitativ, autoritatea contractanta are dreptul sa respinga produsul ,iar ofertantul are obligatia de a inlocui intr-un termen de maxim 48 ore produsul refuzat .

NOTA 3 : Specificatiile ,caracteristicile tehnice mentionate in caietul de sarcini reprezinta cerinte minimale . Ofertele care nu vor intruni cerinte minime vor fi respinse fiind considerate neconforme. Ofertele care nu se incadreaza strict in descrierea si conditiile impuse de prezentul caiet de sarcini vor fi luate in considerare numai in situatia in care oferta respectiva presupune un nivel calitativ superior din punct de vedere a specificatiilor ,caracteristicilor tehnice

mentionate in caietul de sarcini (temei legal art. 137,alin 3 ,litera a) din H.G.395/2016 coroborat cu prevederile art. 154, 155, 156, din Legea 98/2016).

NOTA 4 :Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie ,un procedeu special, o marca de fabricatie sau de comert , un brevet de inventie , o licenta de fabricatie , sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse , aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de SAU ECHIVALENT.

Alte conditii obligatorii :

- Transportul, montajul, punerea in functiune, testele, instructajul personalului si aprobarile necesare functionarii conform normelor in vigoare ale Ministerului Sanatati se vor efectua sau obtine de catre ofertant;
- Dispozitivul medical sa aiba marcaj CE, certificate de conformitate si autorizatie (avizele) de punere pe piata conform reglementarilor Ministerului Sanatatii;
- Termen de livrare: maxim 6 saptamani de la data emiterii comenzii catre furnizor.
- Ofertantul va asigura service in perioada de garantie -cerinta obligatorie .
- Ofertantul va preciza in oferta tehnica timpul de interventie referitor la service.

5. GARANTIE SI CONDITII DE SERVICE , LIVRARE -TRANSPORT

- Perioada garantiei : minim 24 luni de la punere in functiune
- in perioada de garantie se vor asigura gratuit piese de schimb;
- timp maxim de interventie 48 ore la sediul beneficiarului dupa ce solicitarea scrisa a fost trimisa pe fax sau e-mail;
- service-ul sa fie asigurat de reprezentantul producatorului , prin specialisti instruiti si autorizati de producator . Se vor prezenta documente doveditoare in acest sens (diplome ,atestari s,a.)
- firma ce asigura service sa aiba sistemul de management al calitatii certificat conform EN ISO 9001: 2008;
- firma ce asigura service sa aiba sistemul de management al calitatii certificate conform ISO 13485: 2012 pentru activitati de instalare ,reparatii etc.
- Service autorizat de producator pe teritoriul Romaniei . Se vor prezenta in acest sens documente doveditoare ,inclusive diplome ,calificari sau autorizatii pentru personal de Service.
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani
- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Medic sef sectia ATI
Dr. Ungureanu Sergiu

Medic Specialist Neonatologie
Dr.specialist Sava Regus Roxana

Dr. SAVA-REGUS
ROXANA-ELENA
medic specialist
Neonatologie
Cod: F43833

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

