



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚĂ PAȘCANI**  
Str.Grădinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200 Tel: 0232763600; Fax: 0232765060 e-mail:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com  
Acreditare ANMCS nr. 119/ 2015

Nr.18232/24.08.2020

**INVITATIE  
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA  
MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT INSTRUMENTAR**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze –1 buc MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT INSTRUMENTAR , din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani. Va transmitem atasat caietul de sarcini.  
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 28.08.2020 ,ora 15.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager  
Dr. Bechir Daniel



Compartiment achizitii  
Ref. Nicolau Gabriela

## SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 18/52 / 21.08.2020

Aprobat  
Manager  
Dr. Beehir Daniel



## CAIET DE SARCINI MASINA DE SPALAT SI DEZINFECTAT INSTRUMENTAR

### 1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea de „Masina de spalat si dezinfectat instrumentar pentru dotarea Blocului operator a Sectiei Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani-1 buc ”.

### 2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

● Denumire contract : „ Masina de spalat si dezinfectat instrumentar pentru dotarea Blocului operator a Sectiei Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani-1 buc ”.

Aparatul -echipamentul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania si va corespunde urmatoarelor standarde de calitate si siguranta:

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat
- Declaratia de Conformitate (EC) a Directivei 93/42/CEE conform certificatului CE emis de catre un organism de certificare notificat .
- Sistem de management al calitatii EN ISO 9001:2015
- Sistem de management al calitatii privind dispozitivele medicale EN ISO 13485

### 3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a oferat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

### 4. CARACTERISTICI TEHNICE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea unei Masini de spalat si dezinfectat instrumentar

pentru dotarea Blocului operator a Sectiei Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal de Urgenta Pascani-1 buc ”.

Echipamentul medical trebuie sa prezinte urmatoarele caracteristici tehnice :

Nr. Crt	CARACTERISTICI TEHNICE	DA	NU	Conformitate	Observatii/ Producator
1	<b>Specificatii tehnice echipament</b>				
2	Constructie din inox				
3	Model cu 1 usa				
4	Deschidere normala a usii				
5	Incarcare frontala				
6	Programare electronica cu un nr. de programe presetate si libere				
7	Afisaj al starii /etapei de spalare ,dezinfectie ,uscare instrumentar				
8	Sistem forat de uscare cu aer cald cu filtru ce retine apa aproximativ 98%				
9	Dozajul apei ,detergentului ,substanei de dezinfectie se va face automat prin pompe comandate de PC				
10	Imprimanta termica				
11	<b>Sistem electronic de inchidere pentru siguranta utilizatorului</b>				
12	<b>Sa fie prevazuta cu carucior de spalare instrumentar din inox corespunzator dimensiunilor aferente masinii ( capacitatea caruciorului aproximativ 8 buc cosuri )</b>				
13	<b>Sa fie prevazuta cu aproximativ 8 buc cosuri din sarma de inox - dimensiuni minime 485x250x50 mm</b>				
14	<b>Volum interior -aproximativ 150 l</b>				
15	<b>Sa fie prevazuta cu dispozitiv de dedurizare a apei</b>				
17	Intreg echipamentul, sa fie compatibil in conectarile intramodulare				
18	Manual de utilizare in limba romana -1 buc				

**NOTA : ATENTIE ! TREBUIE SA INTRE PE O USA CU LATIME DE 700 MM**

**NOTA** :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate ( catalog ,fisa tehnica ,s.a.)


•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

### **5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE**

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport ,conectare la reseaua de apa ,conectare la canalizare si conectare la reseaua electrica ,cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.

- se va asigura service in perioada de garantie care va fi minim 24 luni de la data punerii in functiune. Timpul de raspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 48 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar. În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanție.
- să se asigure instalare si punere in functiune a echipamentului cu titlu gratuit.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu dispozitivul cu titlu gratuit
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani de la data punerii in functiune.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.
- Furnizorul va prezenta avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii insotit de anexa in care trebuie sa fie mentionat faptul ca este distribuitor al producatorului produsului oferat .

Redactat  
Nicolau Gabriela



Compartiment de specialitate

Ing. Hogas Octav

Dr. Baican Silvia Mihaela -Sef sectie Obstetrica Ginecologie

~~Dr. SILVIA BAICAN~~  
medic primar  
obstetrică - ginecologie  
455902

Consilier Juridic  
Jrs. Anton Vasile

