



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 13492/25.08.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
APARATE BAZA DE TRATAMENT**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze Aparate Baza de Tratament ,din catalogul electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .
Va transmitem atasat caietul de sarcini pentru fiecare aparat.
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 07.09.2017 ,ora 15.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 13403/24.08.2012



CAIET DE SARCINI UNITATE DE TERMOFOTOTERAPIE BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Unitate de termofototerapie pe stativ-1 buc**”, cod CPV 33158200-4 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,alte decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ **Unitate de termofototerapie pe stativ-1buc**” ,cod CPV 33158200-4 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Unitate de termofototerapie pe stativ va avea urmatoarele caracteristici tehnice :

- Dozaj precis si control electronic ; filtre: rosu si albastru –spectrul vizibil al luminii este utilizat in cromoterapie : 10 programe prestabilite
- Ajustare putere lumina . Afisare timpi /iluminare .Setare timp/iluminare. Temporizator Filtre : rosu si albastru .

- Mod de lucru : manual/prestabilit . Sunt disponibile 10 programe prestabilite si 4 programe definite de utilizator .
- Putere 375 W, Setarea luminozitatii : 10-100% , pas de 10 % , Temporizator : 1-30 minute , alimentare : 230V , 50 Hz , 450 W.
- Accesorii standard : Controler electronic , filtre : rosu , albastru
- Accesorii optionale : Ochelari de protectie : pacient si terapeut
- Stativ cu reglaje de pozitionare orizontala si verticala
- Stativ mobil cu roti
- Manual de utilizare in limba romana .

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog , fisa tehnica , s.a.)
 • Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu unitatea de termofototerapie .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

DR. NECHITA FLORENTINA
medicină fizică și reabilitare
si fizioterapie medicala
COD: 671695



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 13421/24.08.2017



CAIET DE SARCINI APARAT DE MAGNETOTERAPIE BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Aparat de magnetoterapie -1 buc**”,cod CPV 33155000-1 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,alte decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „ **Aparat de magnetoterapie –1buc**” ,cod CPV 33155000-1 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Aparatul de magnetoterapie va avea urmatoarele caracteristici tehnice :

- Aparat de magnetoterapie stationar cu 2 canale si ecran touch screen color 5.7”.Programe prestabilite , camp magnetic static si pulsant ,modulatie impulsuri ,Tehnologia Campului Magnetic Focalizat (FMF) , frecventa impulsuri 0-160 Hz, programe definite de utilizator . Baza de date pentru pacienti , posibilitate comunicare cu computerul ,conectare directa la

imprimanta , enciclopedie pentru terapiile uzuale , frecventa sedintelor , zonele de aplicare si efectele terapiei. Oferta va include 2 cabluri extensie pentru aplicatorii de magnetoterapie , indicator pentru ecranul touch screen , cablu de alimentare , pat magnetoterapie cu solenoid culisabil de diametru 70 cm , aplicator inel cervical , aplicator localizator tip disc.
Oferta va include si manual de utilizare in limba romana .

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)
•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul de magnetoterapie .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

Dr. NECHITA FLORENTINA
medic primar balneofiziologie
si recuperare medicala
CDD: 671585

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud. Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 13402/24.08.2012



CAIET DE SARCINI APARAT DE PARAFINA BAZA DE TRATAMENT

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str. Gradinitei nr. 5, loc. Pascani, jud. Iasi este interesat in achizitionarea „Aparat de parafina -1 buc”, cod CPV 33150000-6 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,alte decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „Aparat de parafina –1buc” ,cod CPV 33150000-6 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat -
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Aparatul de parafina va fi compus din cuptorul cu parafina si carucior pentru cuptor parafina .

Configuratie echipament aparat parafina :

1. Cuptor parafina cu gratar inox va avea urmatoarele caracteristici tehnice :

- dispozitivul este un aparat dotat cu rezervor de apa . Intreaga unitate poate fi pozitionata pe un carucior cu rotile .Rezervorul de apa e incalzit de un incalzitor aflat in partea inferioara a rezervorului . Pe panoul frontal se afla butoanele de control si reglare dar si led-urile indicatoare. Aplicarea locala a pachetelor cu parafina si namol e utilizata pentru tratamentul afectiunilor sistemului locomotor ce sunt cauzate de inflamatii , procese degenerative si traume .

Temperatura parafinei pe durata aplicarii este de 56 °C.

Temperatura pachetelor de namol este intre 40 si 45 °C.

Sursa : 230V/50 Hz, consum 1500VA. Temperatura de operare a pachetelor de namol 40-45 C. Temperatura de operare cu parafina 56-58 °C.

Temperatura de sterilizare a parafinei 80 °C.

Valori temperatura :0-90°C. Nivelul de protectie impotriva socurilor electrice : Clasa 1

2. Carucior pentru cuptor parafina cu structura de otel inoxidabil , 4 roti si sistem de franare .
3. Accesorii : 10 pachete gel pentru cuptorul de parafina cu dimensiunile 25x35 cm
Oferta va contine si manual de utilizare in limba romana .

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul de parafina .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

NECHITA FLORENTINA
Medic primar balneofiziologie
COD: 871585



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 13420/24.08.2017



CAIET DE SARCINI COMBINA TERAPIE (ELECTROTERAPIE SI ULTRASUNETE) BAZA DE TRATAMENT

1.INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea **„Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) -1 buc”**,cod CPV 33158200-4 avand drept sursa de finantare venituri proprii ,altele decat cele provenite finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : **„Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) –1buc”** ,cod CPV 33158200-4 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

1. Combina terapie (electroterapie si ultrasunete) va avea urmatoarele caracteristici tehnice :

- Aparat de terapie combinata ,doua canale electroterapie , un canal ultrasunete . Touch screen color 5.7”, baza de date incorporata pentru

pacienti ,conectare la PC , interfata imprimanta ,ghid de utilizare si enciclopedie on-line. Curent galvanic ,diadinamici ,Trabert, faradic,neofaradic,stimulare ruseasca ,impulsuri de stimulare ,impulsuri rectangulare , TENS simetric ,asimetric ,alternant , interferenta de 2 poli, interferenta de 4 poli ,impulsuri triunghiulare ,impulsuri exponentiale , impulsuri exponentiale cu crestere , impulsuri combinate , 50 de secvente programabile . Terapie cu ultrasunete in mod continuu sau pulsant , programe prestabilite. Monitorizarea contactului capului de emisie cu tesutul.

Oferta va include suport stanga si dreapta pentru capete de ultrasunet , 2 buc cablu pacient, 4 buc electrod 5x7 cm, huse din burete pentru electrozi , set de centuri elastice , cap de emisie ultrasunete multifrecventa (1 si 3 MHz) de 5 cm² , gel ultrasunete 300 ml, indicator pentru ecran touch screen , cablu de alimentare .

Oferta va include si manual de utilizare in limba romana .

NOTA :Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu combina de electroterapie si ultrasunete .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela



Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr. Nechita Florentina
Ing. Hogas Octav



Dr. NECHITA FLORENTINA
medic primar balneofiziologie
si recuperare medicala
COD. 671635

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

