

**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI**

**Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200**

**Tel: 0232763600; Fax: 0232765060**

**e-mail: [smpa@rdslink.ro](mailto:smpa@rdslink.ro), [spitalulmunicipalpascani@yahoo.com](mailto:spitalulmunicipalpascani@yahoo.com)**

**Operator date caracter personal:11549**

**Nr. 8272/22.05.2017**

**INVITATIE  
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA  
MASA RADIANTA PENTRU REANIMARE NOU NASCUTI**

**Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 1 BUC –MASA RADIANTA PENTRU REANIMARE NOU NASCUTI ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .**

**Va transmitem atasat caietul de sarcini.**

**Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 31.05.2017 ,ora 14.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .**

**Manager  
Dr. Panzaru Costica**




**Compartiment achizitii  
Ref. Nicolau Gabriela**

## SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud. Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600; Fax 0232 765060

Nr. 281/15.02.2012



# CAIET DE SARCINI MASA RADIANTA PENTRU REANIMARE NOU NASCUTI

## 1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str. Gradinitei nr. 5, loc. Pascani, jud. Iasi este interesat in achizitionarea „**Masa radianta pentru reanimare nou nascuti -1 buc**”, cod CPV 39143114-8 avand drept sursa de finantare venituri provenite din fondul de dezvoltare .

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

● Denumire contract : „**Masa radianta pentru reanimare nou nascuti -1 buc**”, cod CPV 39143114-8 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe masa ;
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat ).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

## 3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

## 4. CARACTERISTICI TEHNICE

**Masa radianta** utila in reanimarea si ingrijirea postpartum a nou nascutului

Comfiguratie echipament masa radianta :

1. mecanism electric pentru tava saltea

2. mecanism de inclinare –electric
3. saltea gel-incalzita
4. margini inaltate+sertare
5. suport aparatura medicala +euroline
6. senzor pentru temperaturi

Masa radiantă trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici tehnice :

1. caldura radiantă
2. înălțime reglabila
3. ceas/cronometru Apgar
4. lampa (lumina ) pentru examinare
5. alarma pentru probleme temperatura
6. alarma pentru setare temperatura
7. alarma pentru temperatura < 35 grade C
8. alarma pentru temperatura > 37 grade C
9. alarma pentru senzor defect
10. alarma pentru temperatura
11. alarma pentru deconectare la 40 grade C
12. ajustare temperatura 28-39 grade C
13. reglare înălțime 0,905-1,205m
14. inclinare cap sus 20 grade, jos 15 grade
15. mobila și cu mecanism de blocare a roților
16. toate sistemele de alarmare să fie vizuale și acustice
17. manual utilizare în limba română-1 buc

**NOTA :** Operatorul trebuie să declare conformitatea cu cerința impusă de CONFIGURATIA de mai sus, indicând documentul și pagina care atestă cele declarate ( catalog ,fișa tehnică ,s.a.)

•Întreg ansamblul și instalația electrică aferentă vor respecta Normele de sănătate și securitate în muncă pentru a nu periclita pacienții și personalul sanitar.

## **5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE**

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad în sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 săptămâni de la emiterea comenzii.
- se va asigura service în perioada de garanție de 24 luni
- să se asigure instalare și punere în funcțiune.
- să se asigure instruirea personalului medical și tehnic care va lucra cu masa radiantă .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioadă de minim 10 ani.
- certificate de Calitate și Conformitate cu normele UE.

Redactat  
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate  
Sef Sectie Dr.Badarau Zenovica  
Ing. Hogas Octav

Consilier juridic  
Jrs. Anton Vasile

