



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 8273/22.05.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
MONITOR FUNCTII VITALE -7 BUC**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 7 BUC -MONITOR FUNCTII VITALE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 31.05.2017 ,ora 14.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

Manager

Dr. Panzaru Costica



Compartiment achizitii

Ref. Nicolau Gabriela

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 7615/11.05.2017



CAIET DE SARCINI MONITOR FUNCTII VITALE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „**Monitor functii vitale -7 buc**”,cod CPV 33195000-3, avand drept sursa de finantare venituri proprii altele decat cele provenite din finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „**Monitor functii vitale –7buc**” ,cod CPV 33195000-3.

Aparatul va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe aparat ;
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Aparatul va avea urmatoarea configuratie standard:

- **Monitor TFT 12.1”cu imprimanta**
- **EKG – cu 12 derivatii detectate automat-se va livra si cablu EKG cu 5 derivatii**
- **NIBP pentru adulti, pediatrie si neonatal –se vor livra si mansete pt. adulti si copii**

- SpO2 – senzor
- Sonda de temperatura
- Temp – doi conectori
- Protectie la defibrilare
- Afisare trenduri sub forma grafica sau tabulara
- Memorie interna pana la 1.500 de inregistrari
- Placa retea Ethernet
- Sa fie portabil
- Prevazut cu acumulator si incarcator integrat in monitor la 230 V si durata mare de timp privind functionarea pe acumulatori
- Timp scurt de incarcare a acumulatorilor
- Manual de utilizare in limba romana -7 buc

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitiului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr.Barna Rodica Anisoara
Ing. Hogas Octav

