



**SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI**  
**Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200**  
**Tel: 0232763600; Fax: 0232765060**  
**e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com**  
**Operator date caracter personal: 11549**

Nr. 1793 / 29.09.2016

**INVITATIE**  
**DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA**  
**Sistem perfuzie sub presiune cu incalzire**

**Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze- Sistem perfuzie sub presiune cu incalzire -1 BUC ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .**

Caracteristici minimale :

**Sistem perfuzie sub presiune cu incalzire -1 buc** va prezenta urmatoarele caracteristici minimale :  
Incalzitor mobil cu manseta de presiune integrata si adaptor la retea electrica (110-240 V) , capacitate 2 flacoane perfuzii de maxim 500 cm /fl , temperatura de 37°C , mentinerea constanta a temperaturii >60 minute.alimentare de la retea sau de la baterii reincarcabile .  
Aceste dispozitive medicale sunt necesare pentru pacientii care sunt adusi in Compartimentul de Primiri Urgente cu hipotermie ,soc hipovolemic .

NOTA : Ofertantul trebuie sa declare conformitatea cu cerintele impuse mai sus in acest sens prezentand un tabel cu cerintele si caracteristicile tehnice solicitate si oferitate.

**Conditii de livrare**

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200;
- furnizorul va prezenta avizul eliberat de MS, insotit de anexa in care trebuie sa fie mentionat faptul ca este distribuitor al producatorului produsului oferat;
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;
- perioada de garantie va fi de min. 24 luni;se va asigura service in perioada de garantie.
- se va asigura instalare si punere in functiune pe cheltuiuala furnizorului
- se va asigura instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu echipamentul si se va incheia un proces verbal de instruire
- certificate de calitate si de garantie
- se vor asigura piesele de schimb pentru service postgarantie pe o perioada de minim 10 ani
- produsul trebuie sa detina marcaj CE

- declaratie de conformitate CE.
- Manual utilizare in limba romana -1 buc
- Fisa tehnica de la producator in care sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie a dispozitivului medical .
- Certificat emis de un organism de certificare notificat care atesta ca ofertantul are implementat si aplica un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 sau echivalent , respectiv ISO 13485: 2009 pentru producatorul produsului.

**Vă rugam sa ne transmiteti o oferta de pret insotita de termen livrare pana pe data de 05.10.2016, ora 12.00.**

Manager  
Dr. Panzaru Costica

Sef Serviciu ATA  
Ing. Raileanu Dan

Compartiment specialitate  
Dr. Popa Geanina  
Ing. Hogas Octav

Intocmit  
Ref. Nicolau Gabriela

