



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 6316/19.04.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
INSTALATIE (LAVOAR) PENTRU PRODUCEREA APEI STERILE PRIN MICROFILTRARE
CU 1 POST DE LUCRU**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze-INSTALATIE PENTRU PRODUCEREA APEI STERILE PRIN MICROFILTRARE CU 1 POST DE LUCRU - 1 BUC ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 28.04.2017 ,ora 10.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**



**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud. Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 6316/19.04.2017



CAIET DE SARCINI INSTALATIE (LAVOAR) PENTRU PRODUCEREA APEI STERILE PRIN MICROFILTRARE CU 1 POST DE LUCRU

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str. Gradinitei nr. 5, loc. Pascani, jud. Iasi este interesat in achizitionarea **Instalatie (lavoar) pentru producerea apei sterile- 1 buc** ”, instalatie ce se utilizeaza in cadrul salilor de operatii si in zonele cu risc crescut din cadrul spitalelor, cod CPV 42912310-8, avand drept sursa de finantare venituri proprii altele decat cele provenite din finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : **Instalatie (lavoar) pentru producerea apei sterile – 1 buc** ” ,cod CPV 42912310-8 .

Instalatia va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE :

Instalatia pentru producerea apei sterile va produce apa sterila pentru:

- spalarea chirurgicala a mainilor;
- procesarea instrumentelor termosensibile(ex: clatirea endoscoapelor dupa dezinfectia chimica);
- alte aplicatii care necesita folosirea apei sterile;

Instalatia pentru producerea apei sterile va indeplini urmatoarele cerinte tehnice:

- cuva lavoarului va avea 1 post de lucru si este realizata din fibra de sticla;
- cuva lavoarului va avea suprafete netede si usor inclinate pentru a nu permite stationarea apei;
- cuva lavoarului va avea suprafete curbe fara rugozitate , pentru a permite o dezinfectie usoara;
- cuva lavoarului va avea adancimea bazinului suficient de mare pentru a evita stropirea si deci contaminarea operatorului;
- cu actionare electrica cu fotocelula atat pentru apa cat si pentru sapun ;
- pipa de apa construita din inox sau alama cromata prevazuta cu cupla rapida , usor demontabila pentru dezinfectie si autoclavare;
- lavoarul pentru apa sterile se va livra cu 4 capsule microfiltrante cu filtru final 0,2 μm cu conectare rapida si sistem de dispersie a apei tip dus ;
- capsulele microfiltrante sa fie prevazute cu eticheta index pentru trasabilitatea filtrului (luna/nr.utilizari) ;
- capsulele microfiltrante vor fi sterilizate prin autoclavare la 134 °C;
- elementele filtrante din dotarea lavoarului vor avea urmatoarele trepte : 5 μm , 1 μm , 0,6 μm ,
- culoarea lavoarului –de preferat alb;
- suport dozator reglabil
- temperatura apei sterile reglabila (25-60 °);
- presiunea optima de lucru :1-3 bar;
- alimentare electrica: 230 V/ 50 Hz
- capsula filtranta cu suprafata mare (1100 cm²) care sa permita autoclavarea;
- manual utilizare in limba romana cu specificatii pentru temperatura de sterilizare pentru elementele componente supuse sterilizarii;

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 2 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aceasta instalatie .
- să se asigure piesele de schimb și consumabilele pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Intocmit

Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate

Inginer Hogas Octav

As Sef Sectia Pneumologie Pertu Liliana

Consilier Juridic
Jrs. Anton Vasile