



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 8520/26.05.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
INJECTOMATE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 6 BUC INJECTOMATE ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 14.06.2017 ,ora 10.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**

**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani

Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060

Nr. 8427/24.05.2017

Aprobat
Manager

Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI INJECTOMATE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea **„Injectomate -6 buc”**, cod CPV 33194110-0 avand drept sursa de finantare venituri proprii altele decat cele provenite din finantari CAS si venituri provenite din fondul de dezvoltare .

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : **„Injectomate –6 buc”** ,cod CPV 33194110-0 .

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe masa ;
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Suntem interesati in achizitionarea de **Pompa pentru seringi automate (injectomate) – 6 buc** cu configuratia de mai jos si care sa prezinte urmatoarele specificatii tehnice :

Pompa pt seringi automate (injectomate) incluzand:

- 1.Volum preselectat 0,1 – 999,9 ml (increment 0,1 ml/h)
- 2.Domeniu de debit : 0,1- 1200 ml/h (depinde de capacitatea seringii – increment 0,1 ml/h)
- 3.Acuratețea debitului administrat (%) : $\pm 1\%$ in aparat, $\pm 2\%$ in seringă
- 4.Capacitatea seringilor acceptate: 5, 10, 20, 30, 50 ml
- 5.Tipuri de seringi acceptate: pana la 50 tipuri
- 6.Setare automata a debitului
- 7.Calcul automat al debitului in functie de preselectare volum si timp
- 8.Functia bolus: debit de bolus maxim 50 – 1200ml/h (50 ml/h increment)
- 9.Presiunea de ocluzie: intre 50 – 750mmHg pentru infuzomat/volumat, respectiv 100 - 900 mmHg pentru injectomate
- 10.Controlul presiunii de ocluzie sa se realizeze din 50 in 50 mmHg
- 11.Posibilitatea de anticipare a ocluziei in timpul perfuzarii (indicator de crestere/scadere a presiunii)
- 12.Tipuri de alarma: baterie (pre-alarma, alarma), retea de alimentare (deconectare), instalare seringă, sfarsit infuzie (pre-alarma, alarma), limita volum (pre-alarma, alarma), limita volum/timp V/T (pre-alarma, alarma), presiune (de ocluzie, scadere/crestere presiune),etc.
13. Sistem de fixare integrat in pompa (posibilitate de adaptare pe bara verticala, orizontala sau sina)
- 14.Posibilitatea pentru transport manual (maner integrat in pompa)
- 15.Dispozitiv de acoperire/protectie a pistonului seringii (pt injectomate) – in caz contrar risc crescut de rupere la manipularea aparatului
- 16.Cablul de alimentare
- 17.Afisare text in limba romana (meniu aparat)
- 18.Manual de utilizare in limba romana
- 19.Durata de viata a bateriei: minim 10h la un debit de 5ml/h, respectiv 5 h la un debit de 120ml/h
- 20.Garantie 2 ani
- 21.Instruire personal medical/auxiliar in vederea manipularii corespunzatoare a aparaturii respective

NOTA : Operatorul trebuie sa declare conformitatea cu cerinta impusa de CONFIGURATIA de mai sus, indicind documentul si pagina care atesta cele declarate (catalog ,fisa tehnica ,s.a.)

•Intreg ansamblul si instalatia electrica aferenta vor respecta Normele de sanatate si securitate in munca pentru a nu periclita pacientii si personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitoriului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 saptamini de la emiterea comenzii.
- se va asigura service in perioada de garantie de 24 luni
- să se asigure instalare si punere in functiune.
- să se asigure instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul .
- să se asigure piesele de schimb pe o perioada de minim 10 ani.
- certificate de Calitate si Conformitate cu normele UE.

Vă rugam sa ne transmiteti o oferta de prêt si termenul de livrare pana pe data de 07.06.2017, ora 10.00.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr.Barna Rodica
Ing. Hogas Octav

J. UNGUREANU YL.

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

