



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 8775/31.05.2017

**INVITATIE
DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA
FRIGIDER MORTUAR CU TROLIU HIDRAULIC INCARCARE/DESCARCARE**

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze 1 BUC -FRIGIDER MORTUAR CU TROLIU HIDRAULIC INCARCARE/ DESCARCARE din catalogul electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani .

Va transmitem atasat caietul de sarcini.

Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pana in data de 16.06.2017 ,ora 14.00. Oferta sa respecte intocmai Caietul de Sarcini .

**Manager
Dr. Panzaru Costica**

**Compartiment achizitii
Ref. Nicolau Gabriela**



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str. Gradinitei, nr. 5, jud.Iasi, loc. Pascani
Tel. 0232 763600 ; Fax 0232 765060
Nr. 8759/31.05.2017

Aprobat
Manager
Dr. Panzaru Costica



CAIET DE SARCINI FRIGIDER MORTUAR CU TROLIU HIDRAULIC INCARCARE/DESCARCARE

1. INFORMATII GENERALE

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani, cu sediul in str.Gradinitei nr.5, loc.Pascani, jud.Iasi este interesat in achizitionarea „Frigider mortuar cu troliu hidraulic incarcare/descarcare -1 buc”,cod CPV 33944000-9, avand drept sursa de finantare venituri proprii altele decat cele provenite din finantari CAS.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI :

- Denumire contract : „Frigider mortuar cu troliu hidraulic incarcare/descarcare - 1buc”,cod CPV 33944000-9.

Dispozitivul medical va detine toate aprobarile necesare pentru a functiona in spitalele din Romania :

- Marcajul European de conformitate CE inscriptionat pe frigider ;
- Declaratia de Conformitate (EC)- Directiva 93/42/EEC/1993 eliberata de un organism de certificare acreditat).
- autorizatie emisa de MS, aprobare emisa de catre A.N.M.D.M , aprobare emisa de catre BRML- daca este cazul, etc..

3. CRITERIUL DE ATRIBUIRE :

Criteriul pe baza caruia se va atribui contractul este “pretul cel mai mic” cu respectarea cerintelor minimale prevazute in caietul de sarcini .

Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Pascani va declara castigator operatorul economic care a ofertat pretul cel mai mic cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.

4. CARACTERISTICI TEHNICE

Frigiderul va prezenta urmatoarele configuratie si caracteristici tehnice :

- ❑ Incinta frigorifica pentru pastrarea a 6 corpuri
- ❑ Baza prevazuta cu suportii reglabili ce permit o ventilatie corespunzatoare ;
- ❑ Material otel galvanizat (intregul sistem+targi)
- ❑ Izolatia termica prin injectia intre suprafetele de otel a unui strat de 80 mm de spuma poliuretana netoxica si neinflamabila;
- ❑ Inchidere cu usi semiascunse pivotante cu balama cu arc;garnitura din neopren care asigura o perfecta etanseizare ;
- ❑ Incinta livrata cu 6 tavi din otel inox, cu sant central pentru retinerea lichidelor, tavile pot fi utilizate si separat de incinta fiind prevazute cu manere la ambele capete;
- ❑ Livrat cu sistem de racire
- ❑ Temperatura de lucru $+2^{\circ}\text{C}$ / $+4^{\circ}\text{C}$; pentru 3 corpuri si -20 pana la $+4^{\circ}\text{C}$ pentru celelalte 3 locuri.
- ❑ Sase usi de acces, din otel galvanizat, cate una pentru fiecare dintre cele 6 corpuri;
- ❑ Intregul sistem, usa si incinta, sunt confectionate din otel galvanizat.
- ❑ 6 targi ce pot fi extrase complet din camera de refrigerare si pot fi utilizate pentru transportul decedatilor
- ❑ Targile sunt prevazute cu roti de 580 mm diametru;
- ❑ Targile sunt prevazute cu maner pentru a facilita scoaterea/introducerea lor in camera de refrigerare
- ❑ Spatiul de lucru 650 x 550 mm
- ❑ Agentul de refrigerare este R 404 (A)
- ❑ Izolatia termica este din spuma poliuretana, cu densitate de 40Kg/m³, cu stabilitate termica si chimica
- ❑ Camera de refrigerare dotata cu lumina interioara, micro-contact pe usa si unitate de control digitala cu alarma;
- ❑ Unitatea de refrigerare, model SPLIT ce permite amplasarea acesteia la o distanta de camera de refrigerare
- ❑ Unitatea de refrigerare prevazuta cu :
 - ❑ - panou de comanda si control cu afisaj digital integrat ;
 - ❑ - termometru cu termostat ,dezghetare automata, timer si afisaj pentru dezghetare alarma pentru situatii neprevazute, intrerupere accidentala a actului si schimbari de temperatura;
 - ❑ -evacuarea aerului la deschiderea usii ;
 - ❑ -regulator de tensiune ;
 - ❑ -temperatura mediu ambiant : pana la 40°C

Alte conditii specifice : societatile interesate pentru achizitia de „Frigider mortuar cu trolu hidraulic incarcare/descarcare -1 buc”,cod CPV 33944000-9, se vor deplasa la sediul unitatii pentru a analiza spatiul pus la dispozitie de unitate pentru amplasare pentru a constata daca frigiderul se poate introduce in acest spatiu.

TROLIU HIDRAULIC

Troliul hidraulic (tip foarfeca) de ridicare cu bare duble încrucișate pentru tava cu roți. Întreaga structură sudată este asamblată cu piulite din oțel inoxidabil și protejată cu saibe nailon.

Toate articulațiile sunt complet îmbracate pentru a evita ovalizarea și pentru a oferi protecție împotriva abraziunii materialului.

Troliul de ridicare este echipat cu :

- ❖ manere de direcționare compuse din tuburi rotunde, arcuite, fără sudură care reduc considerabil riscul de rupere.
- ❖ Este realizat din oțel
- ❖ Sine de orientare (grosime de 30/10) cu sistem de susținere a targii, 4 roți /100 mm diametru, cu 2 frane pe diagonală, pentru a facilita accesul utilizatorului.
- ❖ Pompa hidraulică și cric cu tub și reductor de presiune.
- ❖ Sistem operat cu ajutorul pedalei de picior.
- ❖ Lungime mm: 2200
- ❖ Latime mm: 675
- ❖ Înălțimea minimă mm: 320
- ❖ Înălțimea maximă mm: 1920
- ❖ Încărcare 165 Kg
- ❖ Greutate :107 Kg
- ❖ Manual de utilizare în limba română

NOTA :Operatorul trebuie să declare conformitatea cu cerința impusă de CONFIGURATIA de mai sus, indicând documentul și pagina care atestă cele declarate (catalog ,fisa tehnică ,s.a.)

•Întreg ansamblul și instalația electrică aferentă vor respecta Normele de sănătate și securitate în muncă pentru a nu periclita pacienții și personalul sanitar.

5. CONDITII DE LIVRARE , DE SERVICE SI DE GARANTIE

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200.
- cheltuielile de transport cad în sarcina furnizorului.
- termenul de livrare va fi de maxim 6 săptămâni de la emiterea comenzii.
- se va asigura service în perioada de garanție de 24 luni
- să se asigure instalare și punere în funcțiune.
- să se asigure instruirea personalului medical și tehnic care va lucra cu frigiderul
- să se asigure piesele de schimb pe o perioadă de minim 10 ani.
- certificate de Calitate și Conformitate cu normele UE.

Redactat
Nicolau Gabriela

Compartiment de specialitate
Sef Sectie Dr.Cruceanu Irina Emilia
Ing. Hogas Octav

Dr. CRUCEANU IRINA - EMILIA
Medic primar
Anatomie Patologica
Cod: 422238

Consilier juridic
Jrs. Anton Vasile

