



SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA PASCANI

Str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, CP 705200

Tel: 0232763600; Fax: 0232765060

e-mail: smpa@rdslink.ro, spitalulmunicipalpascani@yahoo.com

Operator date caracter personal:11549

Nr. 18301/10.11.2016

INVITATIE DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE DIRECTA SPIROMETRU PORTABIL

Spitalul Municipal de Urgenta Pascani cu sediul in str. Gradinitei nr. 5 jud. Iasi ,CUI 4701371, intentioneaza sa achizitioneze– Spirometru portabil -1 BUC ,din catalog electronic cu inv. participare in SEAP si pe site-ul Spitalului Municipal de Urgenta Pascani , valoare estimata cu TVA -14500 lei .

CARACTERISTICI PRODUS

- Sa respecte standardele impuse de ERS si ATS de validare a explorarii functionale respiratorii
- Capacitate de stocare a unui nr. mare de inregistrari
- Obligativu posibilitatea de a efectua test bronhodilatator, test MVV si test de provocare
- Interpretarea automata si manuala a rezultatelor
- Sensor de temperatura , presiune atmosferica inclus
- Optiune de conectare la PC prin USB si cablu de conectare ;
- Posibilitate de conectare la imprimanta externa
- Parametri:
VC;FVC;IVC;IC;FIVC;FEV1;FEV3;FEV6;FEV1/FVC;FEV3/VC;FEV3/FVC;FEV1/FEV6;FEF75;FEF50;
;FEF25;FEF25-75;FEF25-75/FVC;FIV1;PIF;FIF25;FIF50;FIF75;FIF50/FEF50; MVVind; FEV1Ratio;
PEFL/min; PEFL/s, FEF0.2-1.2; FEF25%; FEF50%; FEF75%, FEF75-85%;FIF 25%;
FIF75%;FIF50%; PIF;TLC;; LUNG AGE=estimarea varstei pulmonare ;
- Seringa de calibrare de 3 ml inclusa optional
- Cleste pentru nas
- Rola hartie termica
- Manual de utilizare in limba romana

NOTA : Ofertantul trebuie sa declare conformitatea cu cerintele impuse mai sus in acest sens prezentand un tabel cu cerintele si caracteristicile tehnice solicitate si oferate.

Conditii de livrare

- livrarea se va face la sediul achizitorului din str.Gradinitei nr.5, jud.Iasi, loc.Pascani, cod postal 705200;
- furnizorul va prezenta avizul eliberat de MS, insotit de anexa in care trebuie sa fie mentionat faptul ca este distribuitor al producatorului produsului oferat;
- cheltuielile de transport cad in sarcina furnizorului;
- perioada de garantie va fi de min. 24 luni;se va asigura service in perioada de garantie.
- se va asigura instalare si punere in functiune pe cheltuiala furnizorului
- se va asigura instruirea personalului medical si tehnic care va lucra cu aparatul si se va incheia un proces verbal de instruire
- certificate de calitate si de garantie
- se vor asigura piesele de schimb pentru service postgarantie pe o perioada de minim 10 ani
- produsul trebuie sa detina marcaj CE
- declaratie de conformitate CE.
- Manual utilizare in limba romana -1 buc
- Fisa tehnica de la producator in care sa fie mentionate seria cu nr. si anul de fabricatie a dispozitivului medical .
- Certificat emis de un organism de certificare notificat care atesta ca ofertantul are implementat si aplica un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 sau echivalent , respectiv ISO 13485: 2009 pentru producatorul produsului.

Vă rugam sa ne transmiteti o oferta de pret insotita de termen livrare pana pe data de 18.11.2016,ora 10.00.

Manager
Dr. Panzaru Costica

Sef Serviciu ATA
Ing. Raileanu Dan

Compartiment specialitate
Dr. Diaconu Roxana
Ing. Hogas Octav

Intocmit
Ref. Nicolau Gabriela

